

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 10 orang responden maka dapat disimpulkan :

1. Hasil Rata-rata kadar hemoglobin yang diperiksa segera pada suhu ruang, yaitu : 15,20 g/dL
2. Hasil Rata-rata kadar hemoglobin yang diperiksa ditunda 4 jam pada suhu ruang, yaitu : 15,15 g/dL
3. Hasil Rata-rata kadar hemoglobin yang diperiksa ditunda 24 jam pada suhu kulkas, yaitu : 15,06 g/dL

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Riset lanjutan disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak guna meningkatkan validitas data serta variasi waktu penundaan dan suhu penyimpanan yang lebih beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai stabilitas kadar hemoglobin.

##### **2. Bagi Akademik**

Temuan riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis sekaligus mendukung pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang hematologi, serta sebagai sumber pembelajaran mengenai pentingnya faktor pra-analitik, seperti waktu dan suhu penyimpanan sampel dapat mempengaruhi keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium.